



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YATIRIM VE İZLENİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**Mobile Vehicle Home Office
Portable Retail Safe Cabinet-Ion Generator
Devices Sars-Cov-2 (COVID-19) Etkinlik
Test Raporu**

Bu rapor

**ADIM YAPI TASARIM REKLAM VE TURİZM
TİC. LTD.ŞTİ**

için

ANTİMİKROP AR-GE ve BİYOSİDAL ANALİZ MERKEZİ

**Nasuh Akar Mah. Süleyman
Hacıabdullahoğlu Cad. No: 37/1
Çankaya/Ankara**

tarafından hazırlanmıştır.

*Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz, ilgili kurumlar hariç kullanılamaz.
İmzasız raporlar geçersizdir.*

*Bu rapor sadece yukarıda bilgileri geçen (laboratuvarımıza ulaştırılan) numune için geçerlidir.
Laboratuvarımız numune alma işlemini gerçekleştirilmekte olup, numune alımından kaynaklanan hatalar veya
numunenin bütünü temsil etmemesinden dolayı oluşacak sorunlardan laboratuvarımız sorumlu değildir.*

Bu rapor, reklam amaçlı kullanılamaz.

() bu deneyler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir.*

Müşteri : ADIM YAPI TASARIM REKLAM VE TURİZM TİC. LTD.ŞTİ.

Adres : KARAAĞAÇ MAHALLESİ DOSTLUK CADDESİ NO:29 BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Rapor Tarihi : 03.03.2021

Rapor Numarası : R-20-0352/1

**Uzman Bio. Fulya PAK
Sorumlu Yönetici Vekili**

ANTİMİKROP ANTİMİKROP BİYAL MAD. LAB.
AR-GE MÜHÜRÜ ADIM YAPI TASARIM REKLAM VE TURİZM TİC. LTD.ŞTİ.
Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacıabdullahoğlu Cad. No:37/1
Çankaya/Ankara
Tic Sic No: 270031/0715 Menis No: 0070031871500013

**Bio. Ceren Özkan
Kalite Sorumlusu**

0352

1. TEST BİLGİSİ

Test Ürünü:

Üretici	: ADIM YAPI TASARIM REKLAM VE TURİZM TİC. LTD.ŞTİ.
Ürün (ler)	: Mobile Vehicle Home Office Portable Retail Safe Cabinet-Ion Generator Devices
Numune Kodu	: Bİ-20-0352
Numune Kabul Tarihi	: 26.11.2020
Analiz Tarihleri	: 26.11.2020/30.11.2020
Test Adı	: Mobile Vehicle Home Office Portable Retail Safe Cabinet-Ion Generator Devices İsimli Cihazın Antiviral (Virüsidal) Etkinlik Testi
Test Yöntemi	: Ozon/ion etkinlik testi için Modifiye Yöntem: TS EN 16777: 2019 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2)
Virüs (lar)	: SARS-CoV-2 (Covid-19) Klinik izolat (GenBank: MT955161.1)
Maruz Kalma Süresi	: 10 dakika
Mesafe	: -
Test Ortamı	: Ortam ısısı
Virüs-Hücre İnkübasyonu	: 37 °C ±1 °C, %5 CO ₂

AKTİFİKORP ANTİBİYOTİKLERAL LAB.
AĞ-GE MÜHÜRLEME HİZMETLERİ SAN.TİC. (TD.ŞTİ.)
Nispetiye Akademi Sokakı, Kat: 3, Beşiktaş/İstanbul No: 37/1
Çekirge: 02124488
Tic. Sic. No: 271031 Etilik No: 007001501000000

NÖ 2 0 3 5 2

